

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ ПРИБОРА

9.1. Периодичность поверки в соответствии с разделом 9 2.068.065 ТО, но не реже одного раза в год

Таблица 9

Проверяемая характеристика		Дата проведения поверки					
Наименование	Значение по техни- ческим условиям	19 <u>91</u> г.		19 ___ г.		19 ___ г.	
		результат измерения	подпись поверите- ля, дата	результат измерения	подпись поверите- ля, дата	результат измерения	подпись поверите- ля, дата
Аттестация прибора: действительное значение воспроизводимого напря- жения, В	6,4 ± 0,32	6,45961					
класс меры, по которой произведена аттестация	см. раздел 9 2.068.065.ТС						
межповерочный интервал	То же						
Нестабильность воспро- изводимого напряжения за 1000 ч, %, не более	0,0005						