
dB -60-50-40-30-20-10 0 +10+20+30
Kr% 0,1 0,3 1 3 10 30 100
mV 0,3 1 3 10 30 100 300 1 3 10 V
10 3 1 30 0,3
КАЛИБР.
КОНТРОЛЬ АРУ
КОНТРОЛЬ АПФ
ИП2
ИП3
•КАЛИБР.V
Kr V
ИП1
Делитель напряжения ЕЯ2.727.049
V
Усилитель ЕЯ2.002.023
КАЛИБР.V
Калибратор ЕЯ2.085.019
калибр.
Kr
ВХОД
Входное устройство ЕЯ5.400.000
КАЛИБР.
Kr
Аттенюатор Входной ЕЯ3.802.172-01
Блок АРУ ЕЯ2.070.022
Усилитель, режекторный ЕЯ5.002.008
Блок АПФ ЕЯ5.070.021
Преобразователь ЕЯ2.206.053-01
ОСЦИЛЛ.
Плата соединительная ЕЯ5.282.077
Блок питания ЕЯ2.087.145
СЕТЬ
КАЛИБР. Kr V
ФИЛЬТР 0,02-0,06 0,06-0,2 0,2-0,6 0,6-2 2-6 6-20 20-60 60-200 ПУСК
1kHz
ЧАСТОТА kHz
ТЦ ЖАиС 2007