

Контроль	Цель
1	Поларность "+"
2	Поларность "-"
3	Импульс конца измерен.
4	Управление "+"
5	Перегрузка
6	8. ДК4
7	4. ДК4
8	Управление "-"
9	1. ДК4
10	2. ДК4
11	Запятая десятков
12	8. АК3
13	+ 5В
14	4. АК3
15	Запятая единиц
16	Запятая долей единиц
17	1. АК3
18	Корпус
19	2. АК3
20	Запятая сотен
21	4. АК2
22	8. АК2
23	Запуск
24	2. АК2
25	1. АК2
26	Режим запуска
27	Счетные импульсы
28	8. АК1
29	4. АК1
30	2. АК1
31	+ 250В
32	1. АК1

У1	Цель	Контроль
1	Вход	1
2	Вход	2
3	+ 12,6В	3
4	Фильтр	4
5	0,8000В	5
6	-12,6В	6
7	Общий	7
8	Общий	8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
2009

Позиция обозначение	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
У1	5.139.006	Блок управления	1	
У2	5.103.009	Преобразователь аналоговый	1	

Примечание. Предприятие постоянно работает над совершенствованием прибора, поэтому в конструкции прибора могут быть незначительные изменения, не отраженные в настоящем техническом описании.

Вольтметр встраиваемый цифровой В2-29
Схема электрическая принципиальная